

國立臺北護理健康大學

離心機械設備每年定期檢查紀錄表

實驗室

設備編號：()

檢查日期： 年 月 日

項目	檢查內容	檢查方法		檢查結果		改善措施
		目視	其他	是	否	
外 殼	1. 外殼螺絲是否栓緊					
	2. 使用時，蓋子是否蓋緊					
	3. 外殼有無龜裂、變形現象					
	4. 電源是否接地					
回 轉 體	1. 回轉體螺絲是否栓緊					
	2. 是否標示最大轉速					
	3. 回轉體有無龜裂、變形現象					
主 軸 軸 承	1. 自離心機機械取出內裝物時、應使該機械停止運轉後再行取出					
	2. 主軸軸承有無龜裂、變形現象					
	3. 轉速所發出的聲音是否正常					
制 動 器	1. 是否有制動裝置					
	2. 是否有設備操作手冊					
檢查人員簽章：						
實驗室負責人簽章：						

備註：

1. 依「職業安全衛生管理辦法」第18條規定辦理。
2. 檢查結果：正常打√，異常打×，如無此項檢點項目請以"—"示之。
3. 表格保存三年。